

SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Chojnowie w związku z otrzymanymi pytaniami w dniu 12.05.2023 r. do zapytania ofertowego znak sprawy 1/2023 udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie:

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dotyczące zestawienia warunków/parametrów granicznych analizatora do badań immunochemicznych:

Ad pkt 10. Czy zamawiający dopuści analizator z 15 wymiennymi pozycjami odczynnikowymi ?

W załączniku nr 2 Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wyspecyfikowali Państwo 15 rodzajów badań, jakie będziecie zamawiać w okresie 12 miesięcy.

W ofercie naszej firmy posiadamy analizator odpowiadający Państwa zapotrzebowaniu i taki zaoferowaliśmy w złożonej ofercie.

Prosimy o wyjaśnienie czym kierowali się Państwo wymagając analizatora z 40 wymiennymi pozycjami odczynnikowymi wykonując jedynie 15 parametrów.

Naszym zdaniem opis przedmiotu zamówienia nie odpowiada rzeczywistym Państwa potrzebom jednocześnie prowadząc do nieuzasadnionego zawyżenia poniesionych kosztów, a co za tym idzie zakup narażony będzie na zarzut nieefektywnego wydatkowania pieniędzy podatników. Dopuszczając nasze rozwiązanie otrzymacie Państwo ofertę w pełni zabezpieczającą zapotrzebowanie z ceną adekwatną do zapotrzebowania na badania.

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie wymogu.

Jednocześnie wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert na umożliwiający wykonawcom przygotowanie i złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, po przeanalizowaniu pytania, **dopuszcza** analizator z 15 wymiennymi pozycjami odczynnikowymi

Zamawiający pozostawia termin złożenia ofert na dzień 15.05.2023 r.

Składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:

oferty@przychodnia.chojnow.eu , z zaznaczeniem w tytule wiadomości nr sprawy 1/2023.